

گزارش تعمیر تجهیزات آزمایشگاهی از تاریخ ۱۴۰۴/۶/۸ تا تاریخ ۱۴۰۴/۶/۱۵

ردیف	نوع دستگاه: میکروسکوپ	شماره اموال: ۲۸۷۰۳	محل استقرار: دامپزشکی (کلینیک)
۱	شرح تعمیر: خرابی در برد دیمر و روشن نشدن لامپ که با توجه به موجود بودن قطعات در مرکز تعمیرات رفع ایراد و تعمیر شد 		
۲	نوع دستگاه: بن ماری شماره اموال: ۲۵۱۸۶ محل استقرار: دامپزشکی (کلینیک) شرح تعمیر: خرابی در داشتن برق در بدنه که برد الکترونیکی آن سرویس و رفع ایراد شد 		

	نوع دستگاه: هماتوکلیت	شماره اموال: ۲۸۹۲۵	محل استقرار: دامپزشکی (کلینیک)
۳	شرح تعمیر: خرابی در بسته نشدن درب نمونه ها که با توجه اقلام موجود در مرکز تعمیرات رفع ایراد و تعمیر شد 		
	نوع دستگاه: اسپکتو فتومتر	شماره اموال:	محل استقرار: دامپزشکی (کلینیک)
۴	شرح تعمیر: خرابی در قسمت پمپ مکش مواد آزمایشگاهی که تعمیر و سرویس کامل شد 		

ضمناً تعداد وسایل دیگر هم در دست تعمیر می باشند و برای تعمیرهای انجام شده بیشتر قطعات معیوب را تعمیر و یا از امکانات کارگاه استفاده شده است